

## 进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	双向真空辅助乳房活检与旋切系统
拟采购产品金额	35 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院双向真空辅助乳房活检与旋切系统采购项目
采购项目所属项目金额	35 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：目前市场供应的双向真空辅助乳房活检与旋切系统主流产品均为进口品牌，如麦默通、安珂、豪洛捷等，进口品牌产品精度高、性能稳定、且较为成熟，使用寿命较长。国产产品近年来刚起步，在使用和性能上较进口产品差距较大，且我院乳房活检与旋切业务已开展多年，具备丰富的临床经验，特申请采购进口产品，满足广大群众就医体验及医院现阶段的发展需求。</p>	
<p>三、专家论证意见 <span style="font-family: cursive;">拟采购的产品，不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口的产品，符合国家的法规、法律政策规定，建议购买进口产品。</span></p>	
专家签字	<span style="font-family: cursive;">张丽男 (法律)</span>
2024 年 11 月 28 日	

注：一人一表