

# 专家论证签到表

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目

2024年11月28日

序号	单位名称	姓名	职务/职称	联系电话	身份证号码	备注
1	洛阳市妇幼保健院	王作华	主任医师	13703496889	912930196612180419	
2	洛阳市第九人民医院	赵新军	副高	13937929956	410303196005252522	
3	河南省洛阳正骨医院	王健智	副主任医师	13663795287	410304196312251526	
4	河南科技大学	侯勇涛	副教授	13623899630	410105197410013097	
5	洛阳环峰资源有限公司	李斌	工程师	13838285858	231124197003250032	

制表人：

审核人：

河南招标采购服务有限公司

# 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目

## 招标文件论证报告

采购人：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会、洛阳市妇幼保健院

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目

论证日期：2024年11月28日

洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目招标文件论证会议于2024年11月28日9点30分整在河南招标采购服务有限公司（洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心1805室）室举行，经专家论证小组认真审查招标文件，建议修改内容为：

### 1包

1. 高端插件式监护仪参数第24、25、26条参数需再核实；
2. 高端心电监护仪(有创)无加★项，建议增加几个★项，★项不能多；

### 3包：

1.中央监护系统（1拖8，含3台台式、3台血氧心电盒子、2台心电盒子）加★项过多，建议减少至10%以内

### 6包：

1. 需明确无基本配置

### 7包：

遥测监护（一拖八）无加★项，建议增加几个★项，★项不能多

其余建议修改的详细参数见附件。

招标文件其他内容及要求客观、公正，不存在歧视性、排他性、倾向性，符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规。

专家论证成员签字：

王健智 侯勇涛 袁新宇  
李斌 王心伟

2024年11月28日